



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ

Коммунистическая ул., 17А, г. Самара, Россия, 443030
Тел.: (846) 336 64 10; факс: (846) 340 97 82; e-mail: dgh@samadm.ru

05.05.2018 г. № 103/2/5363

на №

Руководителям организаций

ЗАПРОС

на предоставление ценовой информации

На приобретение экологической лаборатории.

Сроки поставки: 100 календарных дней, но не позднее 10.12.2017 года.

Ценовую информацию просим направить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в срок до 22.05.2017.

Проведение запроса по сбору информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Департамента.

В ответе на запрос просим определить цену за единицу и общую цену контракта на условиях, указанных в запросе, по форме:

Примечание: обозначить учетную политику, установленную для лица, направившего ценовое предложение.

Кроме того, просим указать срок действия предоставляемых ценовых предложений.

Общие требования к поставляемому оборудованию

Оборудование должно быть:

- изготовлено не ранее 2017 года, ранее не быть в эксплуатации, не должно быть заложено, арестовано или являться предметом иска третьих лиц;

- серийно выпускаемой продукцией; соединение отдельных элементов оборудования должно осуществляться комплектующими, присутствующими в свободной продаже;

- поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость;

- поставлено в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям.

Поставляемый персональный компьютер должен иметь лицензии на программное обеспечение.

Поставляемые средства измерений должны иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений и должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений.

Поставляемые анализаторы атмосферного воздуха, должны иметь заключения ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» о соответствии анализаторов нормативно-методическим документам в области мониторинга загрязнения атмосферы.

Поставляемые автоматизированные комплексы на основе хроматографа, должны поставляться в комплекте с аттестованными и внесенными в Государственный федеральный реестр методиками выполнения измерений (МВИ).

Результаты первичной поверки поставляемых средств измерений удостоверяются знаком поверки и/или свидетельством о поверке, срок действия которых на дату поставки должен составлять не менее 2/3 межповерочного интервала.

С оборудованием должен поставляться комплект расходных материалов и комплектующих, достаточный для эксплуатации на срок не менее 12 месяцев.

Требования к гарантийному сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара.

Гарантийный срок эксплуатации оборудования – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

Гарантийный ремонт оборудования (включая доставку до авторизованного центра сервисного обслуживания и обратно) должен производиться в срок не более 90 календарных дней с даты получения информации от Заказчика о выходе из строя оборудования.

Требования к предоставляемой документации на оборудование.

Эксплуатационная документация на оборудование (паспорт, инструкция пользователя, руководство по эксплуатации оборудованием и/или др.) на русском языке.

Оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока.

Свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Наличие знаков поверки и/или свидетельств о первичной поверке.

Методики поверки средств измерений.

Методики измерений должны быть аттестованы в установленном порядке.

Паспорта аттестованных значений газовых смесей.

Другая документация, подтверждающая соответствие требованиям настоящего технического задания (сертификаты, аттестаты и/или др.).

Работы и услуги, которые включены в цену товара.

Цена товара включает в себя все расходы, в том числе на доставку, хранение товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также:

монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию (пуско-наладочные работы), инструктаж персонала Заказчика и апробация (постановка) методик; первичная поверка средств измерений;

оказание консультационных услуг по работе поставляемого оборудования по «горячей линии» в течение всего гарантийного срока;

страхование оборудования в процессе транспортировки до места назначения;

гарантийное обслуживание оборудования (с обеспечением его доставки до авторизованного центра сервисного обслуживания и обратно) в течение не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

Пуско-наладочные работы должны быть выполнены в срок не более 10 дней с даты поставки оборудования.

Апробация и постановка методик должна быть выполнена в течение 3-5 дней в период пуско-наладочных работ.

Примечание: Поставщик должен указать конкретную марку, модель оборудования в соответствии с государственным реестром средств измерений, конкретные показатели (без использования характеристик «не более», «не менее», «или эквивалент» и т.п.), отвечающие техническому заданию.

Приложение: техническое задание в 1 экз. на 28 л.

Заместитель руководителя Департамента-
руководитель Управления охраны
окружающей среды

А.С. Христов

Р.Э.Ибрагимов
2474597